

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE TYPE II

GERMES PATHOGÈNES CLASSE I ou II



Les PSM permettent de protéger l'opérateur, le produit et l'environnement.

Ce sont des hottes avec ouverture frontale, aspiration de l'air de l'extérieur vers l'intérieur, flux d'air stérile laminaire vertical à l'intérieur de la cabine et filtre absolu HEPA en expulsion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conformité	EN12469:2001, UNI EN ISO 14644-1:2016, ISO 5 (norme EN 14644-1), EN 1822 (filtres absolus HEPA), CEI 66.5, CEI 62.25
Application	Germes pathogènes classe I et II
Protection	Produit et opérateur
Gamme	BIO ACTIVA ONE
Construction	Tôle d'acier vernie d'épaisseur 12/10e revêtue de peinture époxy
Coloris	Gris clair RAL 7035
Façade	Guillotine motorisée en verre trempé, épaisseur 6 mm Inclinaison : 7%
Parois latérales	Verre trempé, épaisseur 5 mm
Hauteur d'ouverture en façade	Hauteur de travail : 200 mm Hauteur totale : 0 - 495 mm
Plan de travail – Bac de rétention	Plan de travail perforé en plusieurs segments extractibles, en acier inox Bac de rétention en acier inox
Eclairage	3 lampes LED > 800 lux
Ventilateur(s)	2
Colonne(s) de filtration	1
Vitesse d'air	Flux laminaire : 0,25 - 0,50 m/s Flux entrant : > 0,40 m/s
Puissance installée	690 W
Débit	400-600 m³/h
Alimentation	230 V - 50 Hz
Niveau sonore	< 60 dB(A)
Dimensions extérieures (LxPxH)	1470 x 800 x 1440 mm
Dimensions intérieures (LxPxH)	1460 x 690 x 600 mm
Poids net	235 kg
Code douanier	84147000
Colisage	Colisage hotte : 156 x 85 x 170 cm Colisage hotte + piètement : 156 x 85 x 170 cm

	Fiche produit Modèle K6015_BO	N° Document : AF03-FT05-062.2
		Date document : 09.07.2024 – Rév. 2
		Page : 3/4

ÉQUIPEMENTS INTERNES

- 1 plan de travail perforé en acier inoxydable AISI 304, divisé en segments nettoyables
- 2 ventilateurs centrifuges internes
- 1 filtre HEPA H14 de soufflage
- 1 filtre HEPA H14 d'évacuation
- 1 prise électrique interne 800 W (à droite)
- 3 lampes LED
- 1 cordon d'alimentation électrique 220 V 50 Hz doté d'une prise électrique UNEL Schuko
- 1 panneau de fermeture frontale pour utilisation de la lampe UV
- 1 prise pour le test DOP en toiture
- 1 compteur horaire de fonctionnement
- 1 alarme en cas de :
 - Vitesse d'air insuffisante ou trop élevée
 - Vitre frontale en mauvaise position
 - Colmatage des filtres (débit incorrect)
 - Mauvais fonctionnement du ventilateur
- Pré-alarmes visuelles avec signalisation sur l'écran en cas de nécessité d'effectuer prochainement des remplacements pour :
 - Fin de vie de la lampe UV
 - Limite d'utilisation des filtres installés atteinte (apparition après 3900 heures de fonctionnement du ventilateur)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
K6109_VE/B	Piètement fixe tubulaire, en acier 12/10° et peinture époxy grise
K6109_VE	Piètement fixe, en acier 12/10° et peinture époxy grise
K6193	Prise électrique interne IP55 UNEL Schuko 230V-4A
K6118	Robinet pour gaz technique
K6116	Valve de sécurité pour robinet gaz technique
K6117	Robinet pour vide
K6134_BO	Lampe UV 40 W
K6146	Repose-bras en caoutchouc

FILTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
K6204	Filtre à charbon actif C100/B40 pour acides et solvants organiques

	Fiche produit Modèle K6015_BO	N° Document : AF03-FT05-062.2
		Date document : 09.07.2024 – Rév. 2
		Page : 4/4

FILTRES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
RBKV100512/R	Lot de 2 filtres HEPA de rechange
K6204/R	Filtre à charbon actif C100/B40 pour acides et solvants organiques

ÉLÉMENTS POUR RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
K6123	Entretoise de raccordement
K6127_VE	Collerette de raccordement diamètre 250 mm
K6128	Clapet anti-retour diamètre 250 mm